


TEKNOLAB TEKNOLOJİ LABORATUVAR HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	NUMUNE KABUL KRİTERLERİ TALİMATI	Doküman No	TAL 7.1-001İ
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	--
		İlk Yayın Tarihi	01.10.2018
		Sayfa	6/8


### KÜRESEL GRAFİTLİ DÖKME DEMİR ÇEKME NUMUNESİ ÖLÇÜLERİ

Test Tipi	Parçası	Çarpan katsayısı	Çap	Orijinal Boy $L_o = 5 \times d_o$	Paralel boy ( $L_c$ )	Toplam boy
9		5	10	50	60	155
10		5	14	70	84	185

#### TİP 9



#### TİP 10



Referans EN 1563:2011

<b>Hazırlayan</b> Deney Personeli İbrahim KILINÇASLAN	<b>Onaylayan</b> Merkez Laboratuvar Müdürü Yük. Müh. Köksal YILMAZ
---	--